



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0058184
DATA: 05/06/2020
OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 3 camere a pressione negativa da destinare all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per il contenimento del rischio infettivo nell'ambito dell'emergenza COVID 19.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058184_2020_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	C5B03CC6ED4DDCAA2BF044B160A70D1 05A92EE3FC9F9B00D46232AD11A32CA0 4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

Operatori economici
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di n. 3 camere a pressione negativa da destinare all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per il contenimento del rischio infettivo nell'ambito dell'emergenza COVID 19.

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

N. 3 camere di isolamento mobili, a pressione negativa, che risultano necessarie almeno per i seguenti Padiglioni e reparti del Policlinico di Sant'Orsola:

- Pronto Soccorso generale.
- Spazi open della Terapie Intensive e delle aree critiche (Padiglione 5 - Ala A Medicina d'Urgenza e Polo Chirurgico, Polo Cardio Toraco Vascolare, Padiglione 13 – Pediatria, Padiglione 25 – Covid hospital, ecc.).
- Reparti con camere di degenza a più posti letto per eventuali emergenze di isolamento di un paziente rispetto agli altri.

Si ritiene urgente, per le necessità del Policlinico, acquisire almeno le tre seguenti camere di isolamento mobile, a pressione negativa:

- n. 2 camere di isolamento (dimensioni 2,3 x 3 mt) completa con porte rigide;
- n. 1 camera di isolamento (dimensioni 2,3 x 2,3 mt) completa con porte rigide.

Descrizione

Le dimensioni delle camere devono essere tali da permettere lo stazionamento del letto, delle attrezzature ed un'agevole movimentazione del personale.

Deve essere una soluzione mobile, stand-alone, di rapidissima installazione, per l'isolamento del singolo letto paziente e deve costituire un'area biologicamente isolata da infezioni provenienti dall'ambiente esterno alla camera stessa.

Caratteristiche:

Giuseppe Giorgi
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079636
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- struttura portante modulare di sostegno ed involucro trasparente;
- parete flessibile trasparente in materiale plastico sanificabile con i prodotti a base alcolica di comune uso in ospedale;
- camera isolante per accoglienza paziente, anticamera filtro con doppia porta (rigida) e allarmi di pressione con indicatore per evidenziare la pressione negativa in essere nella camera principale;
- involucro in PVC ad alta resistenza, sigillato al pavimento;
- Unità Motore e unità di filtro-pressurizzazione HEPA esterna;
- coni per introduzione di prodotti diagnostico-terapeutici con possibile posizionamento di accessi quantati;
- manica per esecuzione accertamenti radiografici e di altra tipologia senza entrare in ambiente;
- facilità per l'asportazione di rifiuti infetti o contaminati in genere, DPI usati, collegato con l'anticamera
- modulo porta, costituito da infisso in alluminio anodizzato con tamponamento in vetro accoppiato di sicurezza o materiale plastico a tutta luce predisposto per inserimento su modulo parete, attrezzabile con accessori per interlock;
- struttura portante interna per sostegno di quanto si renda necessario per gli interventi degli operatori all'interno della camera, es. lampade, apparecchiature e scaffali di sostegno per le apparecchiature e i collegamenti elettronici;
- scaffalatura interna di sostegno per apparecchiature elettroniche e dispositivi di collegamento utilizzati all'interno della camera di isolamento, cavi, ecc.;

Dati Tecnici:

- Contenimento rumorosità Livello sonoro: <58 dB (A)
- Sistemi di filtrazione con filtri Hepa*, che garantiscono uno scambio medio di aria superiore a 1000 mc/h e ricambi aria trattata per ora pari a 80 ricambi/h, rispondente alla Normativa 14644-1 e sempre in condizioni di differenza di pressione tra interno/esterno; *High Efficiency Particulate Air filter, classi H13–H14 ad altissima efficienza anche detti “filtri assoluti”; ULPA: Ultra-low particulate air, in cui le classi U15–U17 indicano bassissima penetrazione di particolato;
- Certificazione: CE;
- Documentazione: manuale uso, manutenzione, installazione, ecc.;
- Corso di formazione.

Essendo destinati alla gestione dell'emergenza COVID 19, alla documentazione la ditta interessata deve allegare una dichiarazione che il sistema di filtrazione previsto garantisce il non diffondersi del virus COVID 19.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10 del giorno 22/06/2020.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.



Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Giuseppe Giorgi
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
0516079636
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202