



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0121214
DATA: 26/11/2020
OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di due colonne per chirurgia ginecologica destinate all'AOU di Bologna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0121214_2020_Lettera_firmata.pdf	Giorgi Giuseppe	FC421ABE1AF645CF74FA2BD5B8268D0B 9A90F744882D3B8321824CA127BF2B1E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

**OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI**

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura di due colonne per chirurgia ginecologica destinate all'AOU di Bologna

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza le attrezzature meglio indicate in oggetto e che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Tecnologia 4K-UHD e tecnologia 3D in 4K
- Almeno le seguenti modalità di visualizzazione con l'impiego di un'unica testina e una sola fonte luce:
 - Standard
 - Standard con visualizzazione della fluorescenza con verde indocianina in modalità overlay, mantenendo la medesima qualità dell'immagine (4K) anche lavorando in NIR/ICG
 - Scala di grigi con solo segnale NIR/ICG
 - Mappa colorimetrica per visualizzare il grado di perfusione dell'ICG, per avere nel corso dell'intervento informazioni circa la vascolarizzazione di un organo o tessuto allo scopo di determinare con maggiore precisione i margini chirurgici di interesse e identificare con sicurezza i linfonodi sentinella

Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore, pertanto si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante (IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti sopra descritti dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitan all'indirizzo di posta elettronica angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 11.12.2020.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa



Firmato digitalmente da:

Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Giuseppe Giorgi

Angela Melucci
UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202